



优品生物 Uping Bio

网址: www.upingBio.com

邮箱: youpin@youpinbio.com

地址: 深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道 45 号

技术电话: 400-999-8863

Nanjing BYabscience technology Co.,Ltd



KCNK2 rabbit pAb 检验报告

产品名称: KCNK2 rabbit pAb
检验报告号: COA-20231127-BYab-08590
批号: 20231127-BYab-08590
生产日期: 2023.11.27
保存条件: -20℃ 保存
缓冲液: 0.01mol/L 的 PBS、pH7.2、0.2%Procline-300

检验项目

检测项目	标准/规格	结果	判定	
外观和包装标识	外观应整洁, 形状完好, 表面无破损、污渍。	完整	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	
	包装标签应印刷产品批号, 产品名称, 规格。	完整	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	
	产品无色透明液体。	通过	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	
	抗体体积足量, 不低于包装标签所示规格	通过	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	
	染色结果	Wb 实验无背景	无	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
		无染色背景	无背景	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
抗体性能	效价 1:200-400 稀释度下染色结果正常, wb 500-2000 稀释度下结果正常	正常	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	
综合评价				
合格 <input checked="" type="checkbox"/>		不合格 <input type="checkbox"/>		

检验结论: 该批次产品合格, 可以放行。

报告人: 陈敏 日期: 2023.11.27

复核人: 朱琳 日期: 2023.11.27

Nanjing BYabscience technology Co.,Ltd